SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SENAC-AR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAC/RN

Pregão Presencial nº 035/2019

Processo nº 101/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e insumos para atender as demandas dos cursos ligados ao Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde – Segmento Saúde do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN. (Laboratório de Óptica).

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – Nº 01, 02, 03, 04 e 05 e ERRATA 01

Informamos que a Comissão Permanente de Licitação recebeu pedidos de esclarecimento referente ao Edital objeto da licitação em epígrafe. Sendo assim, seguem respostas:

ESCLARECIMENTO Nº 01:

Item 06 - MAQUINA DE FURAR LENTES - Fechamento Mandril: de 0 a 6,5 mm; Motor: Potência 110 CV; Rotação 1000 a 7500 RPM; Voltagem: 110 ou 220 v; Dimensões: 33 x 26 x 24 cm; Peso: 4,2 Kg. Marcas que atende. MARTINATO – RM TECNOBRASIL - NIDEK

1) Precisamos saber mais detalhes da Furadeira." (sic)



RESPOSTA: Sistema de furação de lentes e fresas para lentes em CR 39 e Policarbonato. Prático para trabalhos especiais em armações parafusadas/três peças. Segue imagem ilustrativa:



ESCLARECIMENTO Nº 02:

"Item 7 OPTOTIPO - Tipos: Letra E; Abecedário; Painel branco; Dimensões: 56 x 28 com e Peso: 100 gr.

1) Precisamos saber se a Tabela de Optotipo é somente uma lamina ou se ela tem sistema iluninação.." (sic)

RESPOSTA: O item é apenas uma lâmina sem iluminação. Segue ilustração.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Rio Grande do Norte
Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN
CEP: 59025-030 | CNPJ: 03.640.285/0001-13
Tel: (84) 4005-1000 | www.rn.senac.br

ESCLARECIMENTO Nº 03:

"Itens 09 e 13

Item 09 TESTE UV VISION, Equipamento para medir a proteção das lentes contra os raios ultravioleta. Prática escala de cores com medição de até 400 nanômetros. Voltagem: 110 ou 220v; Dimensões: 6 x 24 x 12,5 cm e Peso: 700 gr. Marcas que atende. MARTINATO – RM TECNOBRASIL - NIDEK -

Item 13 ATIVADOR DE LENTES E TESTE UV - Equipamento com teste UV e ativação de lentes fotossensíveis. Medição dos raios ultravioletas através de prática escala de cores até 400 nanômetros. Simulação do efeito solar em lentes fotossensíveis. Excelente auxiliar para vendas em balcão. Voltagem: 220 V Dimensões: 24 x 20 x 17,5 cm, Peso: 1 KG. Marcas que atende. MARTINATO – RM TRCNOBRASIL – NIDEK. [redacted]

Informamos que o nosso modelo de Detector de UV, já ativa a lente fotossensível, somente no ponto onde pega o feixe de Luz UV, ou seja, ele não escurece toda a área da lente.
Os equipamentos existentes no mercado nacional com a finalidade de ativar de lente foto sensível em sua totalidade não verificam o tratamento UV.
link para verificação: [redacted]

1) Ficamos com dúvida de qual equipamento colocar na proposta." (sic)

RESPOSTA: O Após análise pela área técnica, detectamos que o item 13 (**ATIVADOR DE LENTES E TESTE UV**) foi inserido no Termo de Referência anexo ao Edital por equívoco. Igualmente o item 23 (**ÓCULOS DE SEGURANÇA**) não deveria constar desse edital, posto que a compra já fora realizada em outro momento. Sendo assim, pedimos desconsiderar a publicação desses dois itens: 13 e 23, tendo em vista que não é conveniente nem, oportuna a contratação dos mesmos.

Para cumprimento das praxes legais, a Comissão solicitará a Autoridade Competente a revogação do item 13 (**ATIVADOR DE LENTES E TESTE UV**) e do item 23 (**ÓCULOS DE SEGURANÇA**), não sendo admitidas propostas para estes itens. Caso apresentadas, serão desconsideradas durante a análise das propostas.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Rio Grande do Norte
Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN
CEP: 59025-030 | CNPJ: 03.640.285/0001-13
Tel: (84) 4005-1000 | www.rn.senac.br

ESCLARECIMENTO Nº 04:

Item 17

FACETADORA AUTOMÁTICA - diamantada; Equipamento com aplicação específica em quebrar cantos das lentes trabalhadas em facetadoras automáticas. Características Básicas: Dispensa uso de bomba de água; rebolo em posição frontal para facilitar o serviço. Motor: Potência 1/5CV; Rotação 2600 RPM; Voltagem: 220 v; Dimensões: 25 x 15,5 x 18,5 cm e Peso: 4,7 Kg; Rebolo de acabamento CR / CRISTAL / Policarbonato e Granulação: 650. Possíveis marca que atendem a especificação. RM TECNOBRASIL – MARTINATO – GFC.

Facetadora Automática é um equipamento projetado para cortar as lentes e tem entre as suas funções o Recurso do quebra Canto. Não trabalha sem sistema de bomba de água. Valor de equipamento estimando R$ 97.000,00

link para verificação: [redacted]

1) Pergunto o Produto e especificações estão corretos? Poderia me passar fotos ou modelos de correntes para poder analisar?" (sic)

RESPOSTA: Após análise da área técnica, foi verificado que ocorreu um equívoco na descrição do item 17, pois o título do item não é compatível com a descrição do item. O Termo de Referência descreveu uma FACETADORA MANUAL, mas o título do item saiu como FACETADORA AUTOMÁTICA.

Assim, na oportunidade, a Comissão torna pública a seguinte **Errata ao item 3.1 do Termo de Referência:**

ERRATA Nº 01

ONDE SE LÊ:

17	**FACETADORA AUTOMÁTICA** - diamantada; Equipamento com aplicação específica em quebrar cantos das lentes trabalhadas em facetadoras automáticas. Características Básicas: Dispensa uso de bomba de água; rebolo em posição frontal para facilitar o serviço. Motor: Potência 1/5CV; Rotação 2600 RPM; Voltagem: 220 v; Dimensões: 25 x 15,5 x 18,5 cm e Peso: 4,7 Kg; Rebolo de acabamento CR / CRISTAL / Policarbonato e Granulação: 650. Possíveis marca que atendem a especificação. RM TECNOBRASIL – MARTINATO – GFC.	**2**

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Rio Grande do Norte
Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN
CEP: 59025-030 | CNPJ: 03.640.285/0001-13
Tel: (84) 4005-1000 | www.rn.senac.br

LEIA-SE:

17	**FACETADORA MANUAL** - diamantada; Equipamento com aplicação específica em quebrar cantos das lentes trabalhadas em facetadoras automáticas. Características Básicas: Dispensa uso de bomba de água; rebolo em posição frontal para facilitar o serviço. Motor: Potência 1/5CV; Rotação 2600 RPM; Voltagem: 220 v; Dimensões: 25 x 15,5 x 18,5 cm e Peso: 4,7 Kg; Rebolo de acabamento CR / CRISTAL / Policarbonato e Granulação: 650. Possíveis marca que atendem a especificação. RM TECNOBRASIL – MARTINATO – GFC.	**2**

ESCLARECIMENTO Nº 05:

"Quanto aos atestados de capacidades técnicas precisam ser um de cada produto?" (sic)

RESPOSTA: O Subitem 8.1.4.1 do Edital exige a apresentação de no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante prestou serviço similar e compatível com o objeto desta licitação, de forma satisfatória e a contento, conforme modelo sugerido no Anexo V, Documento 5 (forneceu satisfatoriamente equipamentos e insumos para laboratórios de cursos na área da saúde, especialmente de óptica, com características similares ao objeto deste PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019).

Da leitura dos itens acima compreende-se que é experiente a empresa que forneceu quaisquer itens de laboratório de cursos na área da saúde, especialmente os relativos aos insumos de óptica.

A Comissão informa que encaminhará a todos os que solicitaram o Edital e disponibilizará no site.

Como não foi registrada nenhuma modificação no objeto importando em alteração que demande maior tempo para preparação das propostas ou que altere a substância da oferta, fica mantida a data da abertura da presente licitação.

Natal, RN, 10 de setembro de 2019.

Julliana Alliny de Souza Silva
Comissão Permanente de Licitações do Senac Rio Grande do Norte

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Rio Grande do Norte
Rua São Tomé, 444. Cidade Alta, Natal-RN
CEP: 59025-030 | CNPJ: 03.640.285/0001-13
Tel: (84) 4005-1000 | www.rn.senac.br